


Farmacopea ufficiale XII ed.-Tabella 6

1



**BILANCIA SENSIBILE
A 1 mg
PORTATA 500 g
minimo**

4



**PUNTO DI FUSIONE
(NON ELETTRICO
o ELETTRICO)**

2



**BAGNOMARIA
OPPURE PIASTRA
RISCALDANTE
FINO A 100 °c**

5



**CORREDO
VETRERIA
CHIMICA**

3



**ARMADIO
FRIGORIFERO
IN GRADO DI
ASSICURARE LE
CORRETTE CONDI-
ZIONI DI
CONSERVAZIONE**

non obbligatori

6



**OPERCOLATRICE
CONCENTRATORE
A VUOTO**

*obbligatorio per farmacie
che preparano estratti*

9



**SISTEMA DI
ASPIRAZIONE
PER POLVERI**

*obbligatorio per farmacie
che preparano compres-
se, capsule, tisane o
bustine.*

7



INCAPSULATRICE

*obbligatorio per farmacie
che preparano capsule*


10



**STAMPI O VALVE IN
PLASTICA PER OVULI
E SUPPOSTE**

*obbligatorio per farmacie
che preparano supposte e
o ovuli*

8



COMPRESSITRICE

*obbligatorio per farmacie
che preparano compresse*

11

**STRUMENTAZIONE E
DISPOSITIVI
NECESSARI A
GESTIRE
LA STERILTA' DELLE
PREPARAZIONI**

Farmacopea ufficiale XII ed.-Tabella 6 - agg. 06/06/2018

Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

1. Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg;
2. Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4. Apparecchio per il punto di fusione.
5. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
6. Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
7. Incapsulatrice (2)
8. Comprimitrice (3).
9. Sistema di aspirazione per polveri (4).
10. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).
11. Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni;

Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.

Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.

Note:

- (1) - Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
- (2) - Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
- (3) - Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
- (4) - Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
- (5) - Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.

